Handschuhe, duoSHIELD PFT Nitril 290

Größe M/8, puderfrei
MP Kl. 1 (EU) 2017/745, Kat. III PSA (EU) 2016/425



10 Packungen à 100 Stück
Artikel-Nr.: 743067X | SHIELD | Hersteller-Nr.: 658143

160,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AQL:	0.65
Einsatzbereich:	duales Risiko
Größe:	M/8
Handschuhdesign:	beidhändig verwendbar, einwandig, texturierte Fingerspitzen
Länge:	290 mm
Material:	Nitril
Produktlinie:	duoSHIELD
Sterilität:	nicht steril
Verpackung:	10 Packungen à 100 Stück
Zertifikate:	ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus, MDR Class I

Blau: Duales Risiko

- Medizinischer Handschuh, Untersuchungshandschuh, Laborhandschuh
- Doppelte Registrierung für persönlichen und Patientenschutz
- In Übereinstimmung mit den neuesten Europäischen Standards:
  - Kategorie III PSA Handschuhe (PSA Verordnung (EU) 2016/425)
  - MP Klasse 1 (MPG Verordnung (EU) 217/745)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreie Nitrilhandschuhe, nicht steril
- Ambidextrous
- 290 mm / 0.08 mm (EN 455-2:2015 und ISO 21420:2020)

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- AQL <0,65 (ISO 374-2:2019 Level 3 und EN 455-1:2020)
- Biologisches Risiko (ISO 374-5:2016 VIRUS)
- Virenresistent (ISO 16604:2004 Prozedur B)
- Auf Chemikalienpermeation getestet - Typ B KPT gemäß ISO 374-1:2016+A1:2018 (Test Methode EN 16523-1:2015+A1:2018).
- Typ I Hypersensitivität nicht vorhanden - Typ IV Hypersensitivität reduziert
- Maße des Dispenser (L x B x H in mm): 285 x 133 x 63
- Maße des Dispenser (L x B x H in mm): 285 x 133 x 63

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri